



Ministério da Saúde
Secretaria-Executiva
Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde



Sistema de Informação e Gerenciamento de Equipamentos e Materiais

FICHA TÉCNICA – ITEM SUGERIDO

Hospital Geral / Hospital Especializado

Setor: Centro Cirurgico

Ambiente: Sala Grande de Cirurgia (ortopedia, neurologia, cardiologia, etc.)

Equipamento: Mesa Cirúrgica Elétrica

ESPECIFICAÇÃO SUGERIDA:

PREÇO SUGERIDO: R\$ R\$ 50.000,00

Mesa cirúrgica elétrica, para procedimentos cirúrgicos. Características técnicas mínimas: Base fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável ou material superior. Base móvel com rodízios de no mínimo 3 e no máximo 5 polegadas dotada de sistema de movimentação, fixação e freios motorizados acionados através do painel de controle. Coluna fabricada em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, podendo ser revestida em polímero ABS reforçado, aço inoxidável AISI 304 ou material superior. Chassis: fabricado em aço inoxidável ou material superior, com tratamento anti-corrosão, com sistema que proporcione a blindagem contra líquidos das partes internas. Leito articulável, radiotransparente, dividido no mínimo em 05 seções (cabeça, dorso, assento, renal e perneira retráteis). Régua em aço inoxidável para colocação de acessórios. Capacidade de carga mínima de 220 kg na posição zero. Movimentos motorizados: regulagem de altura a partir de 760 mm ou menor com curso de no mínimo 200mm de elevação, trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, reverso do trendelemburg mínimo de 0 a 20 graus, lateralidade nas angulações mínimas de 0 a 18 graus, deslocamento longitudinal na faixa mínima de +/-300mm para cada lado e dorso. Os movimentos motorizados deverão ser acionados por painel de controle localizado na coluna da mesa e via controle remoto com cabo espiralado de no mínimo 2m de comprimento. Deve permitir no mínimo as seguintes posições: Renal; semiflexão de perna e coxa; Flexão abdominal; semissentado e sentado. Acessórios mínimos que acompanham o equipamento: 01 arco de narcose; 01 suporte para renal; 01 par de suportes de braço, 01 par de porta-coxa, 01 par de suportes laterais, 01 par de ombreiras, 01 jogo de colchonete injetado em Poliuretano, leve e de fácil manipulação, impermeável sem nenhum tipo de costura ou revestimento, biocompatível, não irritante e não alérgico. Bateria interna recarregável. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. Registro no Ministério da Saúde, Certificados NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2 e NBR IEC 60601-2-46.



ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE

HOSPITAL ARCANJO SÃO MIGUEL
GRAMADO

Lista de equipamentos para emendas impositivas da Câmara de Vereadores				
Equipamento	Local	Valor unitário	Quantidade	Valor total
Foco cirúrgico de teto	Salas 4 e 5, do Centro Cirúrgico	R\$ 61.000,00	Environ 2 Glenan	R\$ 122.000,00
Bisturi elétrico	Salas 4 e 5, do Centro Cirúrgico	R\$ 30.000,00	+ Robaxi 2 + Luia	R\$ 60.000,00
Mesa cirúrgica elétrica	Salas 4 e 5, do Centro Cirúrgico	R\$ 50.000,00	+ Hama 2 Oranid	R\$ 100.000,00
Carro de emergência	Centro cirúrgico	R\$ 2.500,00	Luia 1	R\$ 2.500,00
Cardioversor	Centro cirúrgico	R\$ 20.000,00	Bira 1	R\$ 20.000,00
Foco cirúrgico de solo móvel	Salas 4 e 5, do Centro Cirúrgico	R\$ 22.000,00	Robaxi 2 Quasi	R\$ 44.000,00
Mesa de mayol	Salas 4 e 5, do Centro Cirúrgico	R\$ 550,00	Robaxi 4	R\$ 2.200,00
Ventilador mecânico	Centro cirúrgico	R\$ 55.000,00	1	R\$ 55.000,00
Sistema de endoscopia e colonoscopia	Endoscopia e Colonoscopia	R\$ 300.424,00	1	R\$ 300.424,00
Aparelho de ecografia	Maternidade	R\$ 125.000,00	1	R\$ 125.000,00
Total				R\$ 686.124,00